



چک لیست نظارت بر ترالی اورژانس

نام بخش: _____
تاریخ تکمیل: _____

محور	ابزار ارزیابی	بله ۱	خیر ۰	توضیحات	موارد قابل ارزیابی
					غ ق ا
استاندارد ترالی					ترالی احیا به رنگ قرمز و ۵ کشو می باشد؟
					ترالی احیا قفل یا پلمپ ندارد؟ (ممنوع است)
					کپسول اکسیژن ده لیتری با شرایط ایمن به ترالی است؟
					کپسول اکسیژن ده لیتری پر می باشد؟ (مستند کنترل در هر شیفت موجود است؟)
					چرخ ترالی احیا جهت حمل و هنگام حرکت سالم می باشد؟
					ترمز چرخ ترالی احیا سالم میباشد؟
					تخته احیا در پشت ترالی احیا نصب می باشد؟
					پرسنل از وجود و کاربرد تخته احیا در پشت ترالی آگاهی دارند؟
					کشوی اول و دوم حاوی داروهای حیات بخش عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) می باشد؟
					کشوی سوم تا پنجم حاوی تجهیزات عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) می باشد؟
					تعداد داروهای حیات بخش موجود در ترالی احیا طبق دستورالعمل می باشد (نباید کاهش یابد)
					در ترالی نوزادان کیف احیای بزرگسال پیش بینی شده است؟
					ترالی احیا هنگام احیا حداکثر تا یک دقیقه قابل دسترسی است؟
					جا نمایی ملحقات ترالی احیا (شامل مانیتور، دفیبریلاتور، پالس اکسیمتر و ساکشن) با شرط رعایت زمان دسترسی حداکثر یک دقیقه می باشد؟
					چیدمان ترالی احیا بر اساس استاندارد دارویی بخش اورژانس بیمارستانی (ویرایش دوم ویرایش هشتم) است؟
					مستند دستورالعمل استاندارد دارویی بخش اورژانس بیمارستانی (ویرایش دوم ویرایش هشتم) در ترالی نصب شده است؟
					چک لیست کنترل ماهانه تاریخ انقضا دارو و تجهیزات ترالی در ترالی نصب یا قرار دارد؟
					چک لیست کنترل ماهانه تاریخ انقضا دارو و تجهیزات ترالی تکمیل می باشد؟
					چک لیست کنترل روزانه (هفت روز هفته) دارو تجهیزات ترالی، در ترالی نصب یا قرار دارد؟
					چک لیست کنترل روزانه (هفت روز هفته) دارو تجهیزات ترالی، تکمیل میشود؟
				انتهای چک لیست کنترل روزانه (هفت روز هفته) نام وامضا پرستار مسئول شیفت ثبت شده است؟	
				انتهای چک لیست کنترل روزانه ترالی احیا مسئول بخش مشاهدات خود را در پایان هفته ثبت نموده است؟	
				انتهای چک لیست کنترل ترالی احیا موارد کمبود و یا جایگزین با ذکر نام پرستار کنترل کننده ثبت شده است؟	
				پرسنل از نحوه ی چیدمان ترالی (موارد فوق الذکر) آگاهی دارند؟	
چیدمان دارو و تجهیزات و برچسب گذاری دارو					داروهایی که تعداد کمتر از سه قلم دارند در ترالی احیا کم نشده است؟
					نحوه چیدمان داروهای ترالی در کشوی اول و دوم از راست به چپ، جلو به عقب و به ترتیب شماره های مندرج در لیست حاضر و به صورت مارپیچی می باشد؟
					چیدمان دارو از کشوی اول از آب مقطر شروع شده و به کشوی دوم ژل الکتروود ختم شده است؟
					داروهایی که باید در دمای 2 - 8 درجه سانتیگراد نگهداری شوند، در طبقه ی میانی یخچال نگهداری می شوند؟
					داروهای یخچالی در هر شیفت ثبت و کنترل می شوند؟
					در صورت نگهداری دارو در یخچال، در جایگاه شماره 25 ترالی احیا، با فونت مشخصی (اندازه حداقل 48) اشاره به وجود دارو در داخل یخچال (دارو یخچالی) شده است؟
					به منظور پیشگیری از تزریق اشتباه داروهای با اشکال مشابه و هشدار بالا، برچسب گذاری (labeling) مناسب انجام شده است؟
				داروهای نیازمند مانیتورینگ با علامت ستاره (*) مشخص شده است؟	



چک لیست نظارت بر ترالی اورژانس

نام بخش :
تاریخ تکمیل:

				برچسب گذاری داروهای هشداربالا (برچسب قرمز روی آمپول و ویال) و داروهای مشابه (برچسب زرد روی آمپول و ویال) طبق دستورالعمل انجام شده است؟
				برچسب گذاری (labeling) باید به گونه ای انجام شده که مندرجات روی دارو قابل رویت است؟
				داروهای نزدیک به انقضا برچسب سبز دارد؟ در لیست ماهانه مشخص شده است؟

مخبر	ابزار ارزیابی مشاهده/مصاحبه/مستندات	بله ۰	خیر ۱	توضیحات	موارد قابل ارزیابی
					غ ق ا
کشوی اول					کشوی اول از شماره ۱ آب مقطر شروع شده و به شماره ۲۴ داروی متوکلوپرامید ختم شده است؟
					نام و دوز دارو و تعداد دارو در هر باکس با فونت واضح و درشت و قابل دید (۴۸) نصب شده است؟
					داروهای نیازمند مانیتورینگ با علامت ستاره مشخص شده است؟ (اپی نفرین-آتروپین-آمپودارون-لیدوکائین-آدنوزین-نیتروگلیسرین-دوپامین-دوبوتامین-وراپامیل-دیگوکسین-لابتالول-میدازولام-فنی توپین-فنوباربتال-هالوپریدول-کلسیم گلوکونات)
					مانیتورینگ قلبی بیمار در داروی هالوپریدول، صرفاً در شیوه تجویز وریدی (iv) انجام می شود؟
					تعداد داروها طبق استاندارد ویرایش دوم از ویرایش هشتم می باشد؟ در صورت کمبود، علت ثبت شده است؟
					آمپول اپی نفرین بادوز 0.1 mg/ml, 10 ml (آمپول های 10cc) و تعداد ۱۰ عدد موجود است؟
					پرسنل از داروهای هشداربالا و مشابه ترالی آگاهی دارند؟
					پرسنل از نحوه ی آماده سازی ، تزریق ، کاربرد داروهای کشوی اول ترالی احیا آگاهی دارند ؟
					برچسب گذاری داروهای هشداربالا (برچسب قرمز روی آمپول و ویال) و داروهای مشابه (برچسب زرد روی آمپول و ویال) طبق دستورالعمل انجام شده است؟
کشوی دوم					کشوی دوم از شماره ۱ آمپول فاموتیدین شروع شده و به شماره ۱۵ ژل الکتروود ختم شده است ؟
					تعداد داروها بر اساس استاندارد ویرایش هشتم است و در صورت نبود یا کمبود ، علت ثبت شده است؟
					محل نگهداری آمپول فاموتیدین، براساس برگه راهنمای شرکت سازنده دارو (بروشور) می باشد؟
					در صورت نگهداری آمپول فاموتیدین در یخچال ، در جایگاه شماره ۲۵ ترالی احیا، با فونت مشخص (اندازه حداقل ۴۸) اشاره به وجود دارو در داخل یخچال (دارو یخچالی) شده است ؟
					پرسنل از نحوه ی آماده سازی ، تزریق ، کاربرد داروهای کشوی دوم ترالی احیا آگاهی دارند ؟
					آمپول اپی نفرین بادوز 1 mg/ml, 1ml (آمپول های 1cc) و تعداد ۱۰ عدد موجود است؟
					آمپول نوراپی نفرین بادوز 1 mg/ml, 4 ml (آمپول های 4cc) و تعداد ۳ عدد موجود است؟
					در صورت نگهداری آمپول نوراپی نفرین در یخچال ، در جایگاه شماره ۳ کشوی دوم ترالی احیا، با فونت مشخص (اندازه حداقل ۴۸) اشاره به وجود دارو در داخل یخچال (دارو یخچالی) شده است ؟
					در صورت نگهداری آمپول نوراپی نفرین در یخچال ، دارو در باکس قرمز قرار داده شده است ؟
				در کشوی دوم ردیف ۱۲ نبولایزر سالبوتامول طبق ویرایش دوم از ویرایش هشتم ترالی به تعداد ۳ عدد قرار دارد؟	
				برچسب گذاری داروهای هشداربالا (برچسب قرمز روی آمپول و ویال) و داروهای مشابه (برچسب زرد روی آمپول و ویال) طبق دستورالعمل انجام شده است؟	



چک لیست نظارت بر ترالی اورژانس

نام بخش :
 تاریخ تکمیل:

محور	موارد قابل ارزیابی	ابزار ارزیابی مشاهده/مصاحبه/مستندات	بله	خیر	توضیحات
			۱	۰	
کشوی سوم	تعداد و نوع تجهیزات کشوی سوم ترالی اورژانس منطبق بر دستورالعمل ویرایش دوم از ویرایش هشتم است؟				
	ست تزریق داخل استخوان (اینترا استئوس) اختیاری می باشد - در ترالی قرار دارد؟				
	تاریخ انقضا تجهیزات ماهانه و روزانه کنترل می شود و لیست آن در ترالی نصب شده است؟				
	عدم ثبت تاریخ انقضا روی تجهیزات با مایژیک یا خودکار جهت پیشگیری از مخدوش شدن یا آن استریل شدن رعایت شده است؟				
کشوی چهارم	در کشوی چهارم لارنگوسکوپ در اندازه بزرگسالان و کودکان و نوزادان موجود است؟ (نوزادان با تیغه صاف و منحنی)				
	باتری و لامپ یدک جهت لارنگوسکوپ (به جز لارنگوسکوپ های مجهز به LED) موجود است؟ (باتری تاریخ انقضا دارد)				
	پرسنل از کاربرد و اندازه های تیغه لارنگوسکوپ آگاهی دارند؟				
	لارنگوسکوپ در باکس مخصوص و یا زیپ لاک با تاریخ انقضا ۱۴ روز (دوهفته) قرار دارد؟				
	تعداد و نوع تجهیزات کشوی چهارم ترالی اورژانس منطبق بر دستورالعمل ویرایش دوم از ویرایش هشتم است؟				
	عدم ثبت تاریخ انقضا روی تجهیزات با مایژیک یا خودکار جهت پیشگیری از مخدوش شدن یا آن استریل شدن رعایت شده است؟				
کشوی پنجم	تعداد و نوع تجهیزات کشوی پنجم ترالی اورژانس منطبق بر دستورالعمل ویرایش دوم از ویرایش هشتم است؟				
	عدم ثبت تاریخ انقضا روی تجهیزات با مایژیک یا خودکار جهت پیشگیری از مخدوش شدن یا آن استریل شدن رعایت شده است؟				
	ماسک نبولایزر در اندازه های کودکان و بزرگسالان در ترالی موجود است؟				
	پرسنل از تجهیزات اکسیژن رسانی و انواع روش های آن آگاهی دارند؟				
	ماسک لارنژیال (LMA) در اندازه نوزادان، کودکان و بزرگسالان موجود است؟				
	پرسنل از کاربرد ماسک لارنژیال (LMA) در اندازه نوزادان، کودکان و بزرگسالان آگاهی دارند؟				
	فورسپس مگیل و و زبانهگیر در ترالی موجود است؟				
	پرسنل از کاربرد فورسپس مگیل و و زبانهگیر آگاهی دارند؟				

مجموع امتیاز	ارزیابی کننده	ارزیابی شونده	مسئول بخش